



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Καμήλαλη Κωνσταντινιά
Τηλ. : 23713/50207
E-mail : kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ :28-5-2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5755

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 27/2024

για την «Ετήσια Συντήρηση και Επισκευή με Ανταλλακτικά των μηχανημάτων της Μ.Ε.Θ, (CPV:50421000-2)» προϋπολογιστικής δαπάνης 16.129,03 € πλέον ΦΠΑ ή 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του Ν.2955/02-11-2001 (ΦΕΚ 256/02-11-2001,τεύχος Α') « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α'/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις
- 3)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τεύχος Α'),»Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 4) Τις διατάξεις του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α') άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμότητας δαπανών).
- 5)Τις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
- 6)Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφω του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στο το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές ι την υγεία».
- 7) Την αρ. πρωτ.5336/16-5-2024 ΑΔΑ: 6Ζ1Θ46907Υ-28Ρ Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, σχετικά με την έγκριση Διενέργειας Διαδικασίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ετήσια Συντήρηση και Επισκευή με Ανταλλακτικά των μηχανημάτων της Μ.Ε.Θ, (CPV:50421000-2)»
- 8) Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4304/16-4-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΠ046907Υ-4ΡΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Κ.Α.Ε887.01 για την κάλυψη της δαπάνης.

Προκηρύσσει

Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Σφραγισμένες Προσφορές για την «Ετήσια Συντήρηση και Επισκευή με Ανταλλακτικά των μηχανημάτων της Μ.Ε.Θ, (CPV:50421000-2)» προϋπολογιστικής δαπάνης 16.129,03€ πλέον ΦΠΑ ή 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, ως κατωθι:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ Α

A.1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS02121	GE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS0/2165	GE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS0/2149	GE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS0/2141	GE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS0/2163	GE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	Μ.Ε.Θ.	ENGSTROM	CBCS0/2172	GE

A.2.) ΜΟΝΙΤΟΡ

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13444300SA	
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13434018SA	
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13444292SA	
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13444296SA	
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13433951SA	
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ	Μ.Ε.Θ.	DASH 5000	SHQ13444293SA	

A.3.) ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ:

α) Τρεις (3) αναπνευστήρες Sirio Plus της εταιρείας Siare

Προϋπολογιστική δαπάνη 10.500,000€ με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Β

Β.ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOWENSTEIN

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200637	LOWENSTEIN
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200623	LOWENSTEIN
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200651	LOWENSTEIN

Προϋπολογιστική δαπάνη 6000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Γ

Γ.ΕΞΙ (6) ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DRAEGER

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0224	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0228	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0225	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0229	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0226	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0227	DRAEGER

Προϋπολογιστική δαπάνη 3.500,00€ με ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορεί να κατατεθούν για καθένα από τα τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 5)TK63100	7-6-2024 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ , σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο	Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – Γραφείο Προμηθειών	10-6-2024 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ

Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. Ο προσφέρων φέρει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του φακέλου της προσφοράς.

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση **απορρίπτεται**, ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται :

- ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
- ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εφόσον έχουν κατά νόμο το δικαίωμα παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Οι Ανάδοχοι εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

1. Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παιρτουνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της πρόσκλησης .
- δ. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.

7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Α. Η προσφορά να σταλεί έως **7-6-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.30μμ**, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή τους είδους,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης
4. Την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ!»

Η πρόσκληση θα διενεργηθεί, **10-6-2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 πμ** στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, prospectus και ότι άλλο απαιτείται, στα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν Ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή εποπτείας και ελέγχου που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Χ. και η οποία θα απευθύνεται στον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του που θα ορίσει ο Ανάδοχος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον φάκελο προσφοράς τους και σφραγισμένο υπο-φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται παρακάτω:

α. Απόσπασμα **ποινικού μητρώου** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β. **Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής** ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

γ. **Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

δ. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Από τους υπο-φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης θα αποσφραγισθεί μόνο αυτός του προσωρινού Αναδόχου, μετά την υποβολή του Πρακτικού Α' εκ μέρους της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της πρόσκλησης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις όπως ισχύουν

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την προσκόμιση του τιμολογίου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του ΠΔ 80/16 και του Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Το κριτήριο για την κατακύρωση του έργου και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή σε αυτή συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Το Παράρτημα Α', που επισυνάπτεται, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας » με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, του Ν.3329/2005 και του Ν.3580/2007.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Η σύμβαση αφορά την ετήσια συντήρηση του παρακάτω εξοπλισμού:

1. ΕΞΙ (6) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) MONITOR ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS02121	GE HEALTH CARE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS0/2165	GE HEALTH CARE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS0/2149	GE HEALTH CARE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS0/2141	GE HEALTH CARE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS0/2163	GE HEALTH CARE
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ENGSTROM	S/N: CBCS0/2172	GE HEALTH CARE

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ:

α) Τρεις (3) αναπνευστήρες Sirio Plus της εταιρείας Siare

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» θα βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του προς συντήρηση ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού .

2.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348/2004(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Επίσης ο «ανάδοχος συντηρητής» υποχρεούται να καταθέσει τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού που αναλαμβάνει.

3.Ο συμμετέχων υποψήφιος «ανάδοχος συντηρητής» πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιου έργου σε δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία για αυτό απαιτείται να προσκομίσει , βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή ετήσιες συμβάσεις των τελευταίων 5 χρόνων. Συγκεκριμένα να προσκομίσει έγγραφο συντήρησης εξοπλισμού ιδίου τύπου με αυτόν του νοσοκομείου.

4. Όταν ένα μηχάνημα αποσύρεται, είτε γιατί αντικαθίσταται από καινούργιο είτε γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, τότε αφαιρείται από την σύμβαση με αφαίρεση του αντίστοιχου κόστους ως το τέλος της σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση της συντηρήτριας εταιρείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ MONITOR ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας που πρέπει να γίνεται προληπτικά δυο φορές το χρόνο για κάθε μηχάνημα.

2. Ο Συντηρητής υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών στα προς συντήρηση είδη .
3. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
4. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα εργατικά και τα αναγκαία –κατάλληλα ανταλλακτικά (service kits) που προβλέπονται από το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του κατασκευαστή. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης το κόστος των εργατικών περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο συντήρησης ενώ το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το νοσοκομείο.
4. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , πλην εορτών ,αργιών μετά τις απαραίτητες ενέργειες διακοπής λειτουργίας του αντίστοιχου εξοπλισμού και βέβαια μετά από συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών , και πάντα βάσει προγράμματος που απαρέγκλιτα , πλην ανωτέρας βίας , θα τηρείται . Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείται από έμπειρο –εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης τεχνικών σε αντίστοιχα μηχανήματα τα οποία θα υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην τεχνική προσφορά .
5. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική στήριξη μετά το πέρας του εργασίμου ωραρίου τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και κατά την διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων από τις 08.00 –21.00
- 6.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων
7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συντήρησης , θα ειδοποιείται άμεσα ο συντηρητής για την περίπτωση βλάβης. Ο συντηρητής υποχρεούται στην τήρηση ημερολογίου λειτουργίας –συντήρησης και αναγγελίας –αποκατάστασης βλαβών, παραγγελίας αναμονής ανταλλακτικών κ.λ.π
- 6.Ο Συντηρητής σε περίπτωση βλάβης να ενημερώνεται τηλεφωνικά και με Fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
- 7.Ο Συντηρητής θα προσέρχεται για την επισκευή εντός 24 ωρών το πολύ από την ειδοποίηση. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την συντηρητή από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 κάθε ημέρας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα του απευθύνθηκε την επομένη ημέρα. Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες.
- 8.Ο Συντηρητής υποχρεούται να επισκευάζει τη βλάβη τα αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών
9. Μέγιστος αποδεκτός χρόνος για την μη λειτουργία μηχανήματος ορίζονται οι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες .Για κάθε ημέρα πέραν της 15ης θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα η παράταση της σύμβασης κατά δύο ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το μηχάνημα, χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου.
10. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο, βαθμονόμηση, έλεγχο-τεστ ηλεκτρικής ασφάλειας καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
11. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
12. Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
13. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
14. Ο Συντηρητής θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).
15. Ο Συντηρητής θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ήμερες του χρόνου.
16. Εφ’ όσον δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από τον Ανάδοχο, παύει να μετράει ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος (Down-Time).
17. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε υποχρεωτική βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.
18. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται από τον Τεχνικό κάθε φορά, λεπτομερώς, στο ειδικά συντασσόμενο Δελτίο Εργασίας.

19. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348. 15. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. ΤΡΕΙΣ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOWENSTEIN

Τεχνικές προδιαγραφές για την ετήσια προληπτική συντήρηση των παρακάτω τριών (3) αναπνευστήρων Elisa 500.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200637	LOWENSTEIN
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200623	LOWENSTEIN
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ELISA 500	S/N: 5200651	LOWENSTEIN

Η συντήρηση των αναπνευστήρων να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος Lowenstein Medical και να περιλαμβάνει:

1. Εξωτερικό έλεγχο των αναπνευστήρων για διαβρώσεις, ζημίες και σπασίματα.
2. Αντικατάσταση όλων των μεμβρανών του valve bar (flow sensor/expiration valve/inspiration valve).
3. Αντικατάσταση του φίλτρου ανεμιστήρα.
4. Αντικατάσταση του φίλτρου τουρμπίνας.
5. Αντικατάσταση εσωτερικού φίλτρου (sintered filter) και των δακτυλίων στεγανοποίησης (o-ring) στην θύρα σύνδεσης της κεντρικής παροχής οξυγόνου.
6. Αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας αυτονομίας.
7. Αναβάθμιση στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού.
8. Έλεγχος και βαθμονόμηση όλων των συστημάτων όπως αυτός ορίζεται από το πρωτόκολλο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου Lowenstein Medical.
9. Τελικός ποιοτικός έλεγχος των αναπνευστήρων.
10. Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο Lowenstein Medical τεχνικούς. Να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. ΕΞΙ (6) ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DRAEGER

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρησης έξι φορητών αναπνευστήρων της Μ.Ε.Θ.

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αφορά τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την συντήρηση – επισκευή έξι (6) φορητών αναπνευστήρων οίκου DRAEGER που βρίσκονται στη Μ.Ε.Θ.
2. Πρόκειται για τα παρακάτω μηχανήματα:

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0224	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0228	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0225	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0229	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0226	DRAEGER
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	OXYLOG 3000 PLUS	S/N: ASNN0227	DRAEGER

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθεί, επί ποινή απόρριψης

4. Να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Να κατατεθεί.

5. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες για την συντήρηση – επισκευή .

6. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 :2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. Να προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

7. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση, όλων των απαραίτητων συσκευών και εξοπλισμού που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας, σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.

8. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, ετήσιας τουλάχιστον εγγύησης καλής λειτουργίας για τα μέρη που θα επισκευάζει.

9. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις, ώστε να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης των μηχανημάτων και των ειδικών τοπικών συνθηκών .

10. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιήσει μια εφάπαξ συντήρηση των

μηχανημάτων και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και τουλάχιστον δύο επισκέψεις μετά από πρόσκληση του Νοσοκομείου. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα.

11. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:

- ✓ Έλεγχο καλής λειτουργίας
- ✓ Έλεγχο καλωδιώσεων και τροφοδοσίας
- ✓ Έλεγχο κυκλώματος ασθενούς
- ✓ Έλεγχο παραμέτρων
- ✓ Έλεγχο τρόπων αερισμού
- ✓ Έλεγχο Alarms
- ✓ Έλεγχο φίλτρων και αισθητήρων
- ✓ Έλεγχο κομβίων και ποτενσιόμετρου
- ✓ Έλεγχο μπαταρίας
- ✓ Αντικατάσταση service kit εφόσον απαιτείται

12. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως.

13. Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά να είναι γνήσια όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.