

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 2024-2025								
α/α	κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ζητούμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ
1	47173-1	Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ, με περικάρπια ταινία μεγέθη Small-Medium-Large-X Large	τεμ	360.000	0,025	9000,00	6%	9540,00
2	11885-3	Γάντια διάφανα πλαστικά μη αποστειρωμένα , σαγρέ	σακουλάκια	200	0,165	33,00	6%	34,98
3	47178-1	Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ., χωρίς πούδρα, μεγέθη από 6 έως 8 1/2.	ζεύγος	24.000	0,42	10080,00	6%	10684,80
4	40548-4	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα για Ορθοπεδική χρήση ,όλα τα μεγέθη	ζεύγος	8.000	0,7	5600,00	6%	5936,00
5	47176-1	Γάντια Νιτριλίου χωρίς πούδρα, όλα τα μεγέθη	τεμ	878.000	0,025	21950,00	6%	23267,00
				910.200		46663,00		49462,78

1. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα μιας χρήσης χωρίς πούδρα (internalcode του επισυναπτόμενου πίνακα: 47173-1)

- Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large
- Με περικάρπια ταινία
- Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη
- Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες
- Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια
- Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ
- Δείγμα προς αξιολόγηση (Να υποβληθεί συσκευασία μπουάτ (κουτιού) και όχι μεμονωμένα τεμάχια γαντιών (προεπιλεγμένα)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΑΓΡΕ

Γάντια διάφανα πλαστικά μη αποστειρωμένα, σαγρέ (internalcode του επισυναπτόμενου πίνακα: 11885-3)

- Να έχουν καλή εφαρμογή
- Να έχουν όσο καλύτερη αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά τη χρήση τους
- Να έχουν καλή αφή
- Να είναι λεπτά
- Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους
- Να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες
- Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη
- Χωρίς πούδρα
- Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής
- Δείγμα προς αξιολόγηση (Να υποβληθεί συσκευασία μπουάτ (κουτιού) και όχι μεμονωμένα τεμάχια γαντιών (προεπιλεγμένα)

3. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 300 εκ. ± 20εκ χωρίς πούδρα, μεγέθη από 6, ½ έως 8 ½ (internalcode του επισυναπτόμενου πίνακα: 47178-1)

- Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι

- Να πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κατασκευής-συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών και τα αποδεικτικά τους, CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού.
- Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γάμμα (Gamma).
- Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής
- Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας με ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους.
- Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.
- Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη, από Νο 6,5 έως 8,5
- Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού
- Διάρκεια αποστείρωσης τρία (3) έτη τουλάχιστον
- Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%
- Να έχουν πλήρως ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, με ανάγλυφη επιφάνεια και εμφανή το διαχωρισμό δακτύλων και παλάμης.
- Να έχουν τυπωμένο στην μανσέτα το μέγεθος , δεξί ή αριστερό καθώς και την ένδειξη Latex.
- Να υπάρχει barcode στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας, κωδικός εργοστασίου, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης και αριθμός παρτίδος lot.
- Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ
- Χωρίς πούδρα
- Η εξωτερική συσκευασία να μην είναι από χαρτί
- Δείγμα προς αξιολόγηση (Να υποβληθεί συσκευασία μπουάτ (κουτιού) και όχι μεμονωμένα τεμάχια γαντιών (προεπιλεγμένα)

4. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

(Γάντια Χειρουργικά αποστειρωμένα για ορθοπεδική χρήση) (internalcode του επισυναπτόμενου πίνακα: 40548-4)

- Με ειδικό πάχος άνω του 40% από τα κοινά χειρουργικά γάντια
- Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι
- Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής
- Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.
- Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη, από Νο 6,5 έως 8,5
- Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού
- Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%
- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή , με ανάγλυφη επιφάνεια και εμφανή το διαχωρισμό δακτύλων και παλάμης.
- Χωρίς πούδρα

- Ειδικά σχεδιασμένα για ορθοπεδική χρήση
- Να έχουν πάχος 40% μεγαλύτερο απ' ότι τα απλά γάντια
- Να έχουν εξαιρετική αντοχή σε θραύση
- Να είναι κατασκευασμένα με πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ISO 13485 και Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1,-2,-3 και 374 -2,-3
- Διάρκεια αποστείρωσης τρία (3) έτη τουλάχιστον
- Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ
- Η εξωτερική συσκευασία να μην είναι από χαρτί
- Δείγμα προς αξιολόγηση (Να υποβληθεί συσκευασία μπουάτ (κουτιού) και όχι μεμονωμένα τεμάχια γαντιών (προεπιλεγμένα)

5. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

(Γάντια Νιτριλίου χωρίς πούδρα) (internalcode του επισυναπτόμενου πίνακα: 47176-1)

- Να μην είναι αποστειρωμένα
- Να μην είναι Latex
- Να μην έχουν εσωτερική επίστρωση πούδρας
- Να μην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες
- Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χημικά
- Το ελάχιστο μήκος να είναι τουλάχιστον 240mm
- Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη, small, medium, large, extra large
- Δείγμα προς αξιολόγηση (Να υποβληθεί συσκευασία μπουάτ (κουτιού) και όχι μεμονωμένα τεμάχια γαντιών (προεπιλεγμένα)

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ισχύουν για όλα τα είδη)

- Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΤΥ για το είδος
- Πάνω στην ατομική συσκευασία του γαντιού να αναφέρεται ότι το γάντι συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 455-1 με AQL 0,65, EN455-2, EN455-3, EN374-1, EN374-2 με AQL 0,65 καθώς και αν πρόκειται για ορθοπεδικά γάντια το EN388
- **Απαιτείται κατάθεση επίσημων Πιστοποιήσεων της κατασκευάστριας εταιρείας και όχι υπεύθυνες δηλώσεις των εταιρειών εμπορίας στην Ελληνική Αγορά**
- Να πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κατασκευής-συσκευασίας των χειρουργικών γαντιών και τα αποδεικτικά τους, CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού.
- Να υπάρχει στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας, κωδικός εργοστασίου, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας lot, για ευκολότερη ιχνηλασιμότητα.

