



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 30/12/2024  
Αρ. πρωτ. 13797

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Παναγιωτίδου Δέσποινα  
Τηλ: 23713 50207  
Email:gnxranagdespoina@  
1157.syzefxis.gov.gr

Προς : Κάθε Ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ** :Αποτελέσματα πρώτης (1<sup>ης</sup>) διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Τεχνητού Νεφρού» (CPV 33181500-7), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης (1<sup>ης</sup>) διαβούλευσης, επί των Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Τεχνητού Νεφρού» (CPV 33181500-7), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 2024ΔΙΑΒ29529.

Συνημμένα:  
Σχόλια Οικονομικών φορέων

Ο Διοικητής  
του Γ.Ν. Χαλκιδικής  
α/α

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1<sup>ης</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

Δημοσιεύθηκε 5-12-2024

Ημερομηνία Λήξης 20-12-2024

ΕΤΑΙΡΕΙΑ : DOCTUM A.E.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1<sup>ης</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

ΑΦΟΡΑ: ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Διαβούλευση για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Τεχνητού Νεφρού»

Με Αρ. πρωτ. : 12791/5-12-2024

### 1) ΕΤΑΙΡΕΙΑ: DOCTUM A.E.

Σε απάντηση της ανάρτησής σας της 05-12-2024 που αφορά την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τεχνητού Νεφρού, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος:

VIII. Σετ παρακέντησης αιμοκάθαρσης

Προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:

1) Στη συσκευασία να είναι τυπωμένη η μέθοδος αποστείρωσης με Gamma Ray

2) Σε διαμέρισμα έναρξης συνεδριας

-Το τολύπια να γίνουν 2-3

-Οι γάζες να γίνουν 2-3

3) Σε διαμέρισμα λήξης συνεδριας

-Τα τολύπια να γίνουν 2-5

-Οι γάζες να γίνουν 2-3

-Το χειρουργικό πεδίο να αφαιρεθεί καθόσον οι ανάγκες καλύπτονται πλήρως από το χειρουργικό πεδίο του διαμερίσματος έναρξης

-Τα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα τύπου Sureseal να διαθέτουν αιμοστατική γάζα που διογκώνεται κατά τον εμπλοτισμό

Να ζητηθούν δείγματα

Για την DOCTUM A.E.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ –ANNA ZABPA