



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 24-1-2025
Αρ. πρωτ. 1007

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ. **2025ΔΙΑΒ29684** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την Προμήθεια «**ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**»(CPV: **39313000-9**) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης **7440,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την Προμήθεια «**ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**»(CPV: **39313000-9**) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης **7440,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025ΔΙΑΒ29684** από τις **7-1-2025** έως τις **22-1-2025**

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

1. ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΤ ΜΕΠΕ

Προς,
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Ιπποκράτους 5
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Αθήνα, 22/01/2025 | ΕΞ-07972/ΠΚρ/ΙΝΕ/ΜΚε/κπε

ΘΕΜΑ: Σχόλια στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
2025DIAB29684

Αξιότιμοι κύριοι,

Προδιαγραφή 9: Για να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρίες στην διαδικασία προτείνουμε να αφαιρεθεί η εξής φράση από την προδιαγραφή:

"Επιπρόσθετα, το υποπόδιο να διαθέτει επιπλέον 10εκ τουλάχιστον χειροκίνητη επέκταση για ψηλότερους ασθενείς"

Προδιαγραφή 10: Για να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρίες στην διαδικασία προτείνουμε να αφαιρεθεί ολοκληρη η προδιαγραφή

"Να διαθέτει επιπρόσθετα χειροκίνητη ρύθμιση του τμήματος της κεφαλής τουλάχιστον 10 μοίρες."

Προδιαγραφή 14: Επειδή οι πολυθρόνες αιμοδοσίας αποτελούν ένα προϊόν υψηλού κόστους, οι εταιρίες συνήθως δεν διαθέτουν αποθεματα στις αποθηκες τους ώστε να μπορεσουν να δειγματίσουν εντός δεκα ημερών. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε η παρακάτω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Να κατατεθεί λίστα παραδόσεων του συγκεκριμένου προϊόντος σε νοσοκομεία.

Με εκτίμηση,
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΤ ΜΕΠΕ