



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος:24-1-2025
Αρ. πρωτ. 1.005

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ **2025DIAB29677** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια « **ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ**» (CPV:33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια « **ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ**» (CPV:33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής Προϋπολογιστικής Δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025DIAB29677** από τις **7-1-2025** έως τις **22-1-2025**

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ»

1. DRAEGER HELLAS A.E.

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: κα Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ.: 23713-50207
e-mail: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2025

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια « ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ» (CPV:33162100-4) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Μοναδικός Κωδικός 2025ΔΙΑΒ29677)

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σας γνωρίζουμε ότι η Draeger Hellas A.E, θυγατρική της κατασκευάστριας Γερμανικής εταιρείας Drägerwerk AG & Co. KGaA, διαθέτει, συντηρεί και επισκευάζει κατ' αποκλειστικότητα τη σειρά των προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική Αγορά.

Στα πλαίσια της διενέργειας της ως άνω διαβούλευσης, σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ. Ζητούμε την τροποποίηση – βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα είναι καθοριστική στη διαγωνιστική διαδικασία και ειδικότερα στην ισόνομη και ισότιμη συμμετοχή των προμηθευτών με εξοπλισμό της ίδιας κατηγορίας, προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΣΤΗΛΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

2. Να περιλαμβάνει οριζόντιο διπλό βραχίονα συνολικού μήκους 1400mm (600mm+800mm), κατασκευασμένο από αλουμίνιο με επίστρωση από εποξειδική πούδρα. Ηλεκτροκίνητη με εύρος ανύψωσης τουλάχιστον 40εκ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2. Να περιλαμβάνει οριζόντιο διπλό βραχίονα συνολικού μήκους 1500mm (500mm+1000mm), κατασκευασμένο από αλουμίνιο με επίστρωση από εποξειδική πούδρα. Ηλεκτροκίνητη με εύρος ανύψωσης τουλάχιστον 40εκ.

ΣΧΟΛΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση της προδιαγραφής διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων υψηλής ποιότητας. Με την προσαρμογή αυτή, δίνεται η δυνατότητα για τη συμμετοχή περισσότερων προηγμένων και αποδοτικών συστημάτων, ικανοποιώντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

3. Ο κάθε οριζόντιος βραχίονας να έχει την δυνατότητα περιστροφικής κίνησης τουλάχιστον 320° στο οριζόντιο επίπεδο και να φέρει κάλυμμα από ABS με LED διαφορετικών χρωμάτων τα οποία θα υποδηλώνουν την κατάσταση του συστήματος φρένων.

ΣΧΟΛΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

10. Η προτεινόμενη τροποποίηση της προδιαγραφής διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων υψηλής ποιότητας. Η αφαίρεση των μανομέτρων και του κενόμετρου δεν επηρεάζουν την λειτουργία των χειρουργικών επεμβάσεων. Με την προσαρμογή αυτή, δίνεται η δυνατότητα για τη συμμετοχή περισσότερων προηγμένων και αποδοτικών συστημάτων, ικανοποιώντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

11. Η κεφαλή να φέρει επιπλέον ένα (1) ράφι στήριξης εξοπλισμού διαστάσεων περίπου 45cm x 40cm, με δυνατότητα ανάρτησης 40 kg τουλάχιστον, με ενσωματωμένες ράγες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

11. Η κεφαλή να φέρει επιπλέον ένα (1) ράφι στήριξης εξοπλισμού διαστάσεων περίπου 53cm x 48cm, με δυνατότητα ανάρτησης 80 kg τουλάχιστον, με ενσωματωμένες ράγες.

ΣΧΟΛΙΑ – ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η αναβάθμιση της προδιαγραφής σε ένα ράφι μεγαλύτερων διαστάσεων με μεγαλύτερη δυνατότητα ανάρτησης επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση των αντικειμένων διευκολύνοντας την πρόσβαση και την εύρεση τους όταν χρειάζονται. Με την προσαρμογή αυτή, δίνεται η δυνατότητα για τη συμμετοχή περισσότερων προηγμένων και αποδοτικών συστημάτων, ικανοποιώντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Επίσης ζητάμε την προσθήκη των παρακάτω προδιαγραφών.

Κατάθεση Πιστοποιητικού Αντισεισμικότητας.
Πιστοποιητικό MDR EU 2017/745.

Είμαστε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας ή διευκρίνισης.

Με εκτίμηση,
Για τη Draeger Hellas AE

Νικόλαος Χαραλαμπίδης
Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων WPI