



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 2-1-2025
Αρ. πρωτ. 109

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr



Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα 1^{ης} διαβούλευσης με αρ. **2024ΔΙΑΒ29584** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την Προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV:33181200-4 κατόπιν Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της **πρώτης** διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την Προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV:33181200-4 όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2024ΔΙΑΒ29584** από τις 17-12-2024 έως τις 1-1-2025

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
Γ.Ν. Χαλκιδικής
Α/Α

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (CPV 33181200-4) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μεμβράνη Helixone Low Flux (in vitro Kuf \leq 20ml/mmHg/h/1.0m² (low flux) και επιφάνεια μεμβράνης \geq 1,5 m².) A/A B2.6 της Διαβούλευσης, δεν διατίθεται με επιφάνεια 2.2 m², όπως αναφέρεται στη σχετική περιγραφή. Η μεγαλύτερη διαθέσιμη επιφάνεια για το συγκεκριμένο προϊόν είναι 1.8 m².

Παρακαλούμε για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών και αντικατάσταση του μεγέθους της μεμβράνης σύμφωνα με τα διαθέσιμα μεγέθη, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα της διακήρυξης.

Με εκτίμηση,
MEDIPRIME S.A