



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 4-2-2025
Αρ. πρωτ. 1399

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα διαβούλευσης με αρ. **2025DIAB29733** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Μ/Β Εργαστηρίου και της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ήτοι:

1. ΔΥΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ROLLER MIXER) δαπάνη για δύο (2) Αναδευτήρες Σωληναρίων, ανέρχεται στο ποσό των **1.860,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. **2. ΔΥΟ ΖΥΓΩΝ –ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ** προϋπολογιστική δαπάνη για δυο ζυγους: **6200,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. **3. ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΝΑΚΛΥΟΜΕΝΗ)** προϋπολογιστικής δαπάνης για δύο (2) καρέκλες αιμοληψίας, **1.984,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Μ/Β Εργαστηρίου και της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής ήτοι:

1. ΔΥΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ROLLER MIXER) δαπάνη για δύο (2) Αναδευτήρες Σωληναρίων, ανέρχεται στο ποσό των **1.860,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. **2. ΔΥΟ ΖΥΓΩΝ –ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ** προϋπολογιστική δαπάνη για δυο ζυγους: **6200,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. **3. ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΝΑΚΛΥΟΜΕΝΗ)** προϋπολογιστικής δαπάνης για δύο (2) καρέκλες αιμοληψίας, **1.984,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV:33100000-1) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής
ενόψει της κατάρτισης φακέλου για την τελική πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως αυτά υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2025DIAB29733** από τις **16-1-2025** έως τις **31-1-2025**

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ- ΖΥΓΟΣ –ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ)

1.ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ

Διαβούλευση για την προμήθεια « Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»

Προς,
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Ιπποκράτους 5
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Αθήνα, 22/01/2025 | ΕΞ-07969/ΠΚρ/ΙΝΕ/ΜΚε/κπε

ΘΕΜΑ: Σχόλια στη Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» 2025DIAB29733

Αξιότιμοι κύριοι,

ΕΙΔΟΣ: 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΟΥ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Σχετικά με την προδιαγραφή 6: προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως:

Η απόκλιση ζύγισης να είναι $\pm 1\%$

Σχετικά με την προδιαγραφή 7: Για να μπορούν περισσότερες εταιρείες να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία καθώς η αλλαγή της δεν θα έχει καμία επίπτωση ούτε στο τμήμα άλλα ούτε και στους προμηθευτές προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως:

Με την ανακίνηση να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα των έμμορφων συστατικών του αίματος

Σχετικά με την προδιαγραφή 9: Για να μπορούν περισσότερες εταιρείες να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία καθώς η αλλαγή της δεν θα έχει καμία επίπτωση ούτε στο τμήμα άλλα ούτε και στους προμηθευτές προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως:

Να υπάρχει clamp το οποίο να λειτουργήσει αυτόματα ή κατόπιν επιλογής του χρήστη

Σχετικά με την προδιαγραφή 10: Για να μπορούν περισσότερες εταιρείες να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία καθώς η αλλαγή της δεν θα έχει καμία επίπτωση ούτε στο τμήμα άλλα ούτε και στους προμηθευτές προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως:

Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει σε συλλογές όγκων 450ml που είθισται να συλλέγουν οι αιμοδοσίες

Με εκτίμηση,
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ

2.Νέα Διαγνωστική Διάσταση Ε.Π.Ε

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στα Πλαίσια της διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, ΖΥΓΟΥ-ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,θα θέλαμε να δείτε τις παρατηρήσεις μας που αφορούν τον εμπλουτισμό των κείμενων προδιαγραφών.

Στη παράγραφο 13 αναγράφεται:"Να είναι κατάλληλο για όλους τους ασκούς αίματος και να φέρει CE Mark"
Προτείνουμε τον εμπλουτισμό της προδιαγραφής, ως εξής:

Να είναι κατάλληλο για όλους τους ασκούς αίματος και να φέρει CE,να διαθέτει MDR 2017/745,να είναι δηλαδή ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Με εκτίμηση,

Για τη "Νέα Διαγνωστική Διάσταση" Ε.Π.Ε
Χατζηαμανέτογλου Δημήτρης